



Sveučilište
Sjever

SVEUČILIŠTE SJEVER

Trg dr. Žarka Dolinara 1

48000 Koprivnica

OIB: 59624928052

KLASA:406-01/20-01/12

URBROJ:2186-0336-08-21-3

Varaždin, 27. travnja 2021.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Ev. br. nabave J 2021/34

Naručitelj Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, OIB: 59624928052, pokrenuo je postupak nabave **Medicinska oprema za izvođenje nastave – Odjel za sestrinstvo**, a za koji sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00kn bez PDV-a. Ovim putem Sveučilište Sjever upućuje poziv na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima kako slijedi.

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

1.1. Predmet nabave: nabava i isporuka *Medicinske opreme za izvođenje nastave – Odjel za sestrinstvo*, sukladno Tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u privitku ovog Poziva.

1.2. CPV: 33100000-1

2. PROCIJENJA VRIJEDNOST NABAVE

2.1. Procijenjena vrijednost nabave: 81.000,00 kn bez PDV-a

2.2. Evidencijski broj nabave : J 2021/34

3. PODACI O OBVEZNOM SADRŽAJU PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) **PRILOG I**,
- Troškovnik – tehnička specifikacija (ispunjenu i potpisanu od strane ponuditelja) **PRILOG II**,
- Dokazi sposobnosti

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem štampača), te mora biti uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

3.1. Način isporuke: temeljem sklopljenog ugovora izvršit će se jednokratna isporuka *Medicinske opreme za izvođenje nastave – Odjel za sestrinstvo*

3.2. Rok isporuke: u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora.

3.3. Rok trajanja ugovora: 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

3.4. Rok valjanosti ponude: minimalno 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene

3.5. Mjesto isporuke: Sveučilište Sjever, Jurja Križanića 31/b, 42000 Varaždin.

3.6. Rok, način i uvjeti plaćanja: Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, u roku od 15 dana od dana primitka računa. Račun mora biti sastavljen i dostavljen sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br.94/18) Predujam isključen.

3.7. Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

JK
SS

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku tehničke specifikacije-troškovnika, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

3.8. Popis ovlaštenih servisa u jamstvenom roku: ponuditelj mora ponudi priložiti **dokaz (izjavu) da ima na raspolaganju najmanje jedan servis** koji je ovlašten servisirati ponudenu robu za vrijeme važenja jamstvenog roka na u obliku potvrde ili izjave proizvođača opreme.

3.9. Uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

- upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta. Upis se dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, isti može dostaviti izjavu o ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama.

3.10. Uvjeti sposobnosti: Kao dokaz financijske sposobnosti ponuditelj je obavezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave.

4. UVJETI DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku-tehničkoj specifikaciji koji se nalaze u prilogu ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

4.1. Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je **10. svibnja 2021. godine do 10:00 sati**, bez obzira na način dostave.

4.2. Način dostave ponude: Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani ponude: **Sveučilište Sjever, Jurja Križanića 31/b, 42000 Varaždin**

PONUDA ZA

Medicinska oprema za izvođenje nastave - Odjela za sestrinstvo

Ev.br. nabave J 2021/34

"NE OTVARAJ"

na poleđini:

Naziv i adresa ponuditelja

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

4.3. Mjesto dostave i otvaranja ponude: Sveučilište Sjever, Jurja Križanića 31/b , 42000 Varaždin, Tajništvo, II kat, soba broj 206.

Otvaranje ponuda provode ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave i nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja ponuda sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda.

5. KRITERIJ ZA ODABIR

5.1. Kriterij odabira ponuda: najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

6. OPIS I KOLIČINA PREDMETA NABAVE

NK
SS

6.1. Opis predmeta nabave: nabava i isporuka *Medicinska oprema za izvođenje nastave – Odjel za sestrinstvo* za potrebe Naručitelja, sukladno Troškovniku-tehničkoj specifikaciji koji se nalazi u privitku ovog Poziva

6.2. Količina predmeta nabave: količina predmeta nabave utvrđena je u Troškovniku-tehničkoj specifikaciji koji je u prilogu ovog Poziva. Ako ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u Troškovniku-tehničkoj specifikaciji njegova ponuda biti će odbijena. Ponuditelj mora nuditi robu po vrsti, količini i kvaliteti kako je određeno Troškovnikom-tehničkom specifikacijom.

Roba koja se isporučuje mora biti novonabavljena, nekorištena, sa originalnom ambalažom. Ponuditelj je u obvezi ponuditi i jamstveni rok kako je traženo u Troškovniku-tehničkoj specifikaciji, koji počinje teći od dana potpisivanja otpremnice. Jamstveni rok mora obuhvaćati slijedeće:

- otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke o trošku ponuditelja. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 3 (tri) dana od dana prijave nedostatka ili kvara;
- obvezu ponuditelja da će o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku od 30 dana ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom robom istih ili boljih tehničkih specifikacija;
- ponuditelj je obavezan dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenog roka.
- servisirati ponuđenu opremu za vrijeme važenja jamstvenog roka u obliku potvrde ili izjave proizvođača opreme.

7. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

7.1. Odabir ponude: Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku do najduže 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj dostavlja Odluku o odabiru najpovoljnije ponude zajedno sa preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, svakom ponuditelju putem elektroničke pošte.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

8. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima, pojedinačnim cijenama i količinama navedenim u ponudi ponuditelja, tehničkim specifikacijama i uvjetima Poziva na dostavu ponude.

Bitni uvjeti ugovora su:

- oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana,
 - ugovorne strane: Naručitelj (Sveučilište Sjever) i odabrani ponuditelj (Isporučitelj),
- predmet nabave *Medicinska oprema za izvođenje nastave - Odjel za sestrinstvo*
- sastavni dio ugovora: odabrana ponuda ponuditelja sukladno Pozivu na dostavu ponuda (ponudbeni list i troškovnik - tehnička specifikacija),
 - količina i mjesto izvršenja predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponuda,
 - cijena predmeta nabave: sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave Naručitelja, tehničkoj specifikaciji i cijeni odabrane ponude,
 - rok izvršenja predmeta nabave,
 - rok, način i uvjeti plaćanja sukladno ovom Pozivu,
 - jamstveni rok za isporučenu robu

9. OSTALO

9.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima:

Nikola Bradić

tel: 091 5893 480

e-mail: nbradic@unin.hr

9.2. Posebne odredbe: Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

1. Ponudbeni list (PRILOG I),
2. Troškovnik-tehnička specifikacija (PRILOG II).

REKTOR
prof.dr.sc. Marin Milković



Stamp: REKTOR, prof.dr.sc. Marin Milković, Sveučilište Sjever, Fakultet za obrazovanje, KČVZ, MVI, 60000, UNIVERZITET SIEVER.

SK
S.S.

PRILOG I.

Ponudbeni list broj _____

1.	Naziv i sjedište naručitelja:	SVEUČILIŠTE SJEVER Trg dr. Žarka Dolinara 1 OIB: 59624928052
2.	Podaci o ponuditelju:	
	Naziv ponuditelja:	
	Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja:	
	OIB	
	Broj računa (IBAN)	
	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
3.	Predmet nabave	Oprema za potrebe Odjela za sestrinstvo
4.	Cijena ponude u kunama bez PDV-a:	
5.	Iznos PDV-a:	
6.	Cijena ponude u kunama s PDV-om:	
7.	Rok valjanosti ponude:	30 dana od dana otvaranja ponuda
8.	Rok isporuke:	
9.	Jamstveni rok za isporučenu robu minimalno 1 (jedna) godina	
10.	Podaci o ovlaštenom servisu:	

U _____, dana _____ 2020. godine

MP _____

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

SVEUČILIŠTE SJEVER Sveučilišni centar Varaždin						
PRILOG II						
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA NABAVU						
Red.br.	OPIS ZAHTIJEVANIH MINIMALNIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	Potvrda zahtijevanih karakteristika (da ili ne)	Kom.	Cijena bez PDV-a	Ukupno za stavku	
	PREDMET NABAVE					
1.	Model za njegu ostonije		1			
1.1.	Model sadrži 4 stome koje se mogu namazati i dilatirati s umetnutim prstom. Model se može prati i prematati. Također se mogu stavljati vrećice za stomu. Isporučuje se sa lubrikantom.	da				
1.2.	Tehničke karakteristike: - Sadrži 4 stome - Stome se mogu namazati i dilatirati sa umetnutim prstom - Može se prati - Može se prematati - Mogu se nanijeti flasteri/sjepljive trake - Mogu se nanijeti vrećice za stomu - Isporučuje se sa lubrikantom - Dimenzije cca. 33 x 46 cm - Težina cca. 4.55 kg	da				
1.3.	Upute za rukovanje	da				
2.	Model za njegu rana i dekubitusa		1			
2.1.	Pomoću trenera za njegu dekubitusa studenti sestrištva i medicine mogu naučiti o profesionalnoj procjeni (pregledu, mjerenju i opisu), njezi rana i tehnikama zavoja u različitim stadijima dekubitusa. Ovakav trening može znatno poboljšati standarde u prepoznavanju i zbrinjavanju dekubitusa. Sadržaj: - Model za njegu dekubitusa (simulacija stražnjice) - Torbica	da				
2.2.	Tehničke karakteristike: Na modelu su prikazane sljedeće faze dekubitusa: - Dekubitus - stupanj 1 (veliki trohanter - desno) Na velikom trohanteru može se vidjeti dekubitus stupnja I: prisutno crvenilo, ali koža je netaknuta. - Dekubitus - stupanj 2 (stražnjica - desno) Na području sakruma (Os sacrum) vidljiv je djelomični gubitak kože: koža pokazuje znakove oštećenja koja se protežu u dermis. Prikazana povreda uslijed pritiska može se manifestirati razvojem mjehurića i abrazije kože.	da				

	- Dekubitus - stupanj 3 (stražnjica - lijevo) U donjem lijevom dijelu stražnjice može se vidjeti dekubitus stupnja 3: prepoznat po gubitku svih slojeva kože, s oštećenjem potkožnog tkiva, sve do nekroze. Prikazana je crna obojenost u području rane. - Dekubitus - stupanj 4 (veliki trohanter - lijevo, sakrum) Izražen dekubitus stupnja 4 predstavljen je na velikom trohanteru (trochanter major) i na sakrumu (os sacrum): oštećeni su svi slojevi kože i mišićna fascija. Nekrotična područja prikazana su crnom bojom. Pogođeni su i mišići i područja kostiju ispod ovog sloja. Ova ozljeda može postati nekrotična. Također mogu biti zahvaćene potporne strukture poput tetiva, ligamenata ili zglobnih struktura. Završno, mogu se vidjeti džepne formacije, manje ili više proširene. Dimenzije cca. 33 x 37,5 x 15 cm Težina cca. 2.13 kg				
2.3.	Upute za rukovanje	da			
3.	Komplet "Obitelj" za vježbu oživljavanja		1		
3.1.	- komplet sadrži model odrasle osobe, model djeteta i model dojenčeta - modeli koji simuliraju glavu, vrat i torzo, dizajnirani za realistični trening osnovnih postupaka održavanja života, primarno kardiopulmonalne reanimacije (KPR) s jasno vidljivim orijentacijskim točkama na glavi, vratu i prsnom košu	da			
3.2.	Tehničke karakteristike: - Prirodna opstrukcija dišnog puta - Realistične karakteristike lica i pokretna čeljust - Realistična popustljivost za ventilaciju i kompresiju - Podizanje i spuštanje prsnog koša sa odgovarajućom ventilacijom - Realistične oznake za označavanje mjesta kompresije - Ventilacija dišnih putova (usta na usta, usta na nos, džepna maska, samošireći balon) - Zvučna potvrda za pravilnu kompresijsku dubinu - Mogućnost bežičnog spajanja na aplikacije za praćenje uspješnosti oživljavanja putem tableta ili smartphona - Prijenosna torba se otvara u podmetač za trening	da			
3.3.	Upute za rukovanje	da			
4.	Set za intubaciju		1		
4.1.	Torbica od vodootpornog poliestera 600D sa 2 unutrašnja džepa, 9 elastičnih držača za instrumente.				
4.2.	Sadrži: Laringoskop po McIntoshu sa 3 špatule, vel. 1,2 i 3 Hvataljka po Magill-u Hvataljka za jezik 3 orofaringealna tubusa 3 nazofaringelna tubusa Otvarač za usta	da			

	Škare 14,5 cm I-gel vel. 3,4 i 5				
5.	Pojasevi za humanu fiksaciju nemirnih pacijenata za krevet		1		
5.1	Velicina L, sa numerickim i abecednim oznakama za praćenje gubitka kilograma pacijenta, mekani rubovi i nemogućnost doticaja pacijenta sa metalnim dijelovima. Komplet sadrži: Pojasevi za toraks, pojas za abdomen sa ušivenim bočnim trakama, perinelani pojas, manžete za ručne zglobove, manžete za nožne zglobove, 16 kom pinova, 4 magnetna ključa, torba za prijenos, privjesak za ključ, edukacijski dvd, torba za prijenos	da			
6.	Lutka za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života odraslih i traume		1		
6.1.	- anatomski oblikovan model ljudskog tijela odrasle osobe - uključuje vještine otvaranja dišnog puta, umjetnog disanja, vanjske masaže srca, intubacije i traume - trauma ruke i noge s vidljivim ranama i opeklinama	da			
6.2.	Tehničke karakteristike: - Jasno vidljive anatomske orijentacijske točke na glavi, vratu i prsnoj koži - Otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave/podizanjem brade, izbacivanjem donje čeljusti prema naprijed - Ventilacija metodom usta na usta, usta na nos, pomoću zaštitne folije, pomoću džepne maske, pomoću maske sa samoširećim balonom i spremnikom s vidljivim odizanjem prsnog koša pri ulasku zraka - Ventilacija dišnih putova: • metodom usta na usta • metodom usta na nos • džepnom maskom • samoširećim balonom - Uvođenje supraglotičkih pomagala za održavanje prohodnosti dišnog puta (laringealna maska, Combitube, laringealni tubus, I-gel) - Postavljanje oro i nazofaringalnog tubusa - Palpabilno bilo na karotidnoj arteriji - Trauma ruke i noge s vidljivim ranama i opeklinama - Digitalni uređaj s mogućnošću nadzora koji omogućuje pružanje informacija o primijenjenim postupcima (npr. količina upuhanog zraka, distenzija trbuha, položaj ruku, dubina kompresije) - Mogućnost bežičnog povezivanja s aplikacijama za praćenje uspješnosti oživljavanja putem tableta ili smartphona	da			
7.	Školski AVD trener defibrilator - hrvatske glasovne upute		1		

7.1.	Funkcija potpuno ili poluautomatskog uređaja za vježbanje, upravljanje s daljinskim upravljačem, rad na bateriju, dolazi s punjačem, višezječni, može se programirati prema potrebama korisnika	da			
7.2.	Tehničke karakteristike: - Omogućuje da se korisnik dobro upozna s uređajem jer ima potpuno isti izgled kao AVD defibrilator - Simulira različite moguće scenarije s kojima se korisnik može suočiti (ovisno o vježbi, instruktor pomoću daljinskog određuje različite situacije) - Mogućnost podešavanja na polu- ili potpuno automatsko funkcioniranje - Ugrađena punjiva baterija olakšava transport i jamči dugi vijek trajanja. Trener se naravno može koristiti i za vrijeme punjenja. - Glasovne upute su na hrvatskom jeziku (višezječni – ukupno 15 jezika)	da			
7.3.	Upute za rukovanje	da			
8.	Lutka za postavljanje nazogastrične sonde		1		
8.1.	Lutka je dizajnirana kako bi se roditeljima / njegovateljima demonstrirala tehnika postavljanja nazogastričnih sondi i gastrostome u djece. Ovaj simulator je jednostavan za upotrebu simulator i pomaže pri prepoznavanju stadija postavljanja, osiguravajući da se nazogastrična sonda uvede na siguran i pravilan način. Lutka omogućava roditeljima / njegovateljima da vizualiziraju pravilno postavljanje nazogastričnih sondi i gastrostome, kao i vježbanje povezanih tehnika. Dolazi u koferu za transport	da			
8.2.	Tehničke karakteristike: Vještine: - Mjerenje, postavljanje i osiguranje nazogastrične sonde - Umetanje gastrostome - Lutka prihvata tekućinu, pa je moguća obuka za sljedeće postupke: - Aspiracija želuca za potvrdu ispravnog postavljanja - Mjerenje pH (kiselosti / lužnatosti) želučanog aspirata - Enteralno hranjenje - Primjena lijekova u tekućem obliku	da			
8.3.	Upute za rukovanje	da			
9.	Krevet za standardnu njegu		1		
9.1.	Tehničke karakteristike: - Univerzalni krevet za standardnu njegu fiksne visine - Mehanizam namještanja uzglavlja putem zaokretnih ručica smještenih kod uznožja - Platforma madraca: 4 djelna -metalni fiksni segmenti - Čela od ABS plastike sa dekorom u boji po izboru i osiguračima protiv nekontroliranog sklidanja - 4 kotača min 125mm, sa centralnim kočenjem i mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju - Nosivost min 200 kg	da			

	- Dodaci: Ograde metalne jednostruke uzdužno sklapajuće, dekor, trapez s rukohvatom te infuzijski stalak - Nosivost min 110 kg - Dimenzije: max 200x90x14 cm				
9.2	Antidekubitalni madrac za I- II stupanj rizika dekubitusa - Preventivni antidekubitalni madrac za I- II stupanj rizika dekubitusa - vodonepropusna, zrakopropusna, paropropusna i bakteriostatska šivana presvlaka od poliuretana sa zatvaračem 180° , periva u perilici do 71° - Madrac se može okretati - PUR pjena gustoće min 25 kg/m - Dimenzije: max 200 x 90 x 14 cm - Nosivost min 120 kg	da			

9.3.	Upute za rukovanje	da			
------	--------------------	----	--	--	--

Ukupno bez PDV-a za sve stavke:
PDV:
Sveukupno sa PDV-om:

Potpis ovlaštene osobe