



KLASA: 406-01/23-01/34

UR. BROJ: 2186-0336-08/2-23-3

Varaždin, 28. kolovoza 2023.

POJAŠNJENJE

POZIVA NA DOSTAVU PONUDE BR. 1.

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE GRAĐEVINSKE OPREME ZA SVEUČILIŠTE SJEVER

ZAHTJEV

- vezano uz Vas Poziv na dostavu ponuda klasa: 406-01/23-01/34, ur. broj: 2186-0336-08/2-23-2 objavljen 21. kolovoza 2023. godine molim Vas pojašnjenja sljedećih stavaka:

7.	Laboratorijska krilna sonda
8.	Motorni aktuator za krilnu sondu
9.	Standardno krilce 12,7 mm x 12,7 mm (rezervni dio)
10.	Krilce 25,4 mm x 25,4 mm
11.	Krilce 12,7 mm x 25,4 mm
12.	Krilce 12,7 mm x 19 mm
13.	Set kalibriranih opruga
14.	Dodatak za tubu za uzorkovanje ili cilindrični spremnik

Iz navedenih opisa nije jasno o kakvoj se opremi točno radi, te sukladno kojoj normi će se provoditi ispitivanja s istom.

ODGOVOR

Radi se o motoriziranoj laboratorijskoj krilnoj sondi za određivanje nedrenirane posmične čvrstoće i senzitivnosti tla na malim uzorcima, prema normi BS 1377:7. Dodatni pribor precizno je specificiran (veličine krilaca, set kalibriranih torzijskih opruga (različite mjerne osjetljivosti), sustav za prihvatanje malih uzoraka tla u neporemećenom ili pregnječenom stanju unutar tube ili cilindričnog spremnika) bez kojeg navedenu vrstu ispitivanja nije moguće izvoditi.

Stručno povjerenstvo naručitelja:

1. Vedran Kruljac, dipl. iur, v. r.
2. Simona Hutinec, mag. oec, v. r.
3. Sandra Sever, v. r.
4. prof. dr. sc. Božo Soldo, v.r.