



**Sveučilište  
Sjever**

**SVEUČILIŠTE SJEVER**  
**Sveučilišni centar Varaždin**  
104. brigade 3, Varaždin  
OIB: 59624928052  
KLASA:406-01/22-01/16  
URBROJ:2186-0336-08-22-11  
Varaždin, 25. travnja 2022.

### **Odgovor na traženje gospodarskog subjekta**

Naručitelj Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, OIB: 59624928052, pokrenulo je postupak nabave **Potrošne kemikalije, otapala i reagensi** i objavilo na internetskim stranicama [www.unin.hr](http://www.unin.hr) Poziv na dostavu ponuda dana 12. travnja 2022.g.

Dana 25. travnja 2022.g. zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je upit kako slijedi:  
kategorija "KEMIKA LIJE"

\*stavka 53. natrij klorid - najmanje dostupno pakiranje tražene kemikalije je 500G - molimo informaciju hoćemo li ipak nuditi 5 pakiranja?

\*stavka 66. natrijev hidrogen sulfit - tražena kemikalija nije dostupna kao standard HPLC čistoće već samo kao laboratorijski reagens

\*stavka 105. titrival jod 0.01M - titrival su dostupni kao ampule za pripremu volumetrijskih otopina a postoje i gotove volumetrijske otopine - traženi titrival ne postoji u pakiranju od 100g

kategorija "REAGENSI-ENZIMI"

\*stavka 13. ergotamin standard - traženi standard dostupan je u koncentraciji 100ug/mL, bez otapala, suhi u količini od 0.5mg - je li isti odgovarajući?

\*stavka 35. aflatoksin mix - traženi standard dostupan je kao mix navedenih aflatoksina, 1ug/mL svaki u količini od 5mL - je li isti odgovarajući?

Naručitelj se očituje kako slijedi:

Glede upita vezanog uz stavke 53., 66. i 105. kategorije KEMIKA LIJE, Naručitelj odgovor daje u II. izmjeni Troškovnika – tehničke specifikacije koju objavljuje uz ovaj odgovor.

U odnosu na stavku 13. i 35. REAGENSI-ENZIMI, iste je potrebno nuditi sukladno tehničkom specifikacija navedenim u Troškovniku – tehničkoj specifikaciji. Ukoliko se nudi jednakovrijedni artikl potrebno je u stupcu „opis ponuđenog artikla“ opisati artikl i navesti njegove specifikacije.

Gospodarski subjekti su obvezni uz ponudu dostaviti popunjeni Troškovnik – tehničku specifikaciju prema sadržaju II. izmjene Troškovnika – tehničke specifikacije.

Posljedično navedenom, Naručitelj produljuje rok za dostavu ponuda i mijenja točku 3.2. Poziva na dostavu ponuda klasa:406-01/22-01/16, urbroj:2186-0336-08-22-3, tako da ista sada glasi:

**3.2. Rok za dostavu ponude:** krajnji rok za dostavu ponude je 28. travnja 2022.g. do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

**Sveučilište Sjever**  
**Povjerenstvo za nabavu**

